

**Број: 725/1**

**Дана: 14.03.2019.**

**Предмет: Појашњење конкурсне документације**

У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге еталонирања лабораторијске опреме редни број 5/2019 постављена су следећа питања:

„У партији бр. 6 – ТЕРМОМЕТРИ, наведени су термометри и коморе различитих типова, али код неких ставки није јасно да ли се тражи еталонирање коморе или термометра који мери температуру коморе.

Код неких комора наведен је тип опреме нпр. ставка 24, партије 6. назив опреме термостат, тип опреме дигитални термометар, код којих се вероватно еталонира термометар који мери температуру у комори.

Код неких комора нпр. ставка 7 назив опреме фрижидер, тип опреме-, претпостављамо да се тражи еталонирање коморе.

**Питање 1:** Да ли можете да наведете ставке партије 6 код којих се тражи еталонирање коморе?“

**одговор:**

У партији 6 – Термометри, не тражи се еталонирање комора већ само термометара.

„**Питање 2:** Код ставки код којих се тражи еталонирање термометара који мере температуру у комори у партији 6 – да ли су сонде ових термометара одвојиве од уређаја (комора) за потребе урањања у термостатирану средину купатила лабораторије у току еталонирања?“

**одговор:**

Сонде термометара су фиксирани и нису одвојиве од уређаја.

„**Питање 3:** Да ли све коморе из партије 6 (код којих се тражи еталонирање коморе) имају обавезни индикатор температуре (нпр. фрижидери – ставке 7 и 8)?“

**одговор:**

У партији 6 – Термометри, не тражи се еталонирање комора већ само термометара.

Овај документ је саставни део конкурсне документације број 650 од 07.03.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге еталонирања лабораторијске опреме редни број 5/2019 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно конкурсној документацији и овом документу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ